

Código:	V2M-EP-15 A3
Vigente desde:	15/03/2021
Versión:	1
Página:	1 de 4

## Nivel 1

Hemoglobina A1c

### I. Información general

Sistema de medición

Variant II Turbo

ETmp%

5.000

Lote de reactivos

B1: 64390672 BB: 990283 WS: 64381395

Número de datos N

25

Lote de calibrador

S00346

Sigma R

1.200

Material utilizado

740 Lymphocheck Diabetes Control

Sigma WL

0.900

### II. Diagrama de flujo SR y SWL

1.a.

$$SS2 = SS_{total} - SS1 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{x}_i - x_{ij})^2$$

0.016 - 0.009

$$DF2 = N-K \quad N=\text{número de resultados} \quad K=\text{número de corridas}$$

25 - 5

1.b.

$$SS1 = n \cdot \sum (\bar{x}_i - \bar{\bar{x}})^2$$

5 x 0.002

$$DF1 = K-1 \quad K=\text{número de corridas}$$

5 - 1

1.b.

$$MS2 = \frac{SS2}{DF2}$$

0.007 ÷ 20

$$MS1 = \frac{SS1}{DF1}$$

0.009 ÷ 4

$$V_w = MS2$$

0

$$V_B = (MS1 + MS2)/n_0$$

0

$$S_R = \sqrt{V_w}$$

(0)^(1÷2)

$$S_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$$

(0 + 0)^(1÷2)

5.

$S_R$   
0.02

$\sigma_R$   
1.2


$S_{WL}$   
0.03

$\delta_{WL}$   
0.9

Comparación

Comparación

### III. Gráfica de control



<b>Código:</b>	<b>V2M-EP-15 A3</b>
<b>Vigente desde:</b>	<b>15/03/2021</b>
<b>Versión:</b>	<b>1</b>
<b>Página:</b>	<b>2 de 4</b>

#### IV. Recolección de información

Corrida	Fecha	R1	R2	R3	R4	R5	Promedio	D.E.
C1	2021-05-10 12:28:47	5.250	5.250	5.240	5.290	5.280	5.26	0.02
C2	2021-05-10 12:28:47	5.280	5.300	5.250	5.240	5.260	5.27	0.02
C3	2021-05-10 12:28:47	5.250	5.260	5.250	5.240	5.240	5.25	0.01
C4	2021-05-10 12:28:47	5.240	5.250	5.280	5.240	5.250	5.25	0.02
C5	2021-05-10 12:28:47	5.320	5.300	5.300	5.320	5.270	5.3	0.02

Gran media: 5.27

D.E.: 0.03

#### V. Verificación de la precisión

Fórmula	C1	C2	C3	C4	C5
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	-0	0	-0.02	-0.01	0.04
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0	0	0	0	0

<b>SS1</b>	
$n \sum_{i=1}^k (\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0.01

#### Diferencia de las medias al cuadrado

Corrida	R1	R2	R3	R4	R5
C1	0	0	0	0	0
C2	0	0	0	0	0
C3	0	0	0	0	0
C4	0	0	0	0	0
C5	0	0	0	0	0

<b>SS2</b>	
$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{X}_i - x_j)^2$	0.01

$DF1 = k - 1$	$DF2 = N - k$	$MSI = SSI / DF1$	$MS2 = SS2 / DF2 = V_w$	$n_0$	$V_B = (MSI - MS2) / n_0$
4	20	0	0	5	0

$S_R = \sqrt{V_w}$	0.02	$S_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$	0.03
--------------------	------	-----------------------------	------

#### VI. Estimación del sesgo

INSERTO					
Media	5.200	D.E.	0.200	U	0.260
k	1.960				
$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[ s_{WL}^2 - \left( \frac{nRep-1}{nRep} \right) s_{\bar{x}}^2 \right]}$	0.01	$se_{RM} = \frac{U}{k}$	0.13	$se_C = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$	0.13
$df_{\bar{x}} = nRun - 1$	4	$df_C = df_{\bar{x}} \cdot (se_C / se_{\bar{x}})^4$	149158.44	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$	1.96
Verification Interval = TV ± (m * se <sub>c</sub> )					
4.94 - 5.46					
Sesgo de la prueba %	1.27 %	Sesgo de la prueba en unidades	0.07		

GRUPO PAR					
Media	5.280	D.E.	1.900	Nlab	74
$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[ s_{WL}^2 - \left( \frac{nRep-1}{nRep} \right) s_{\bar{x}}^2 \right]}$	0.01	$se_{RM} = \frac{s_{RM}}{\sqrt{nLab}}$	0.22	$se_C = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$	0.22
$tau = \frac{se_{RM}}{se_{\bar{x}}}$	23.08	$df_C$	49	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$	20.09
Verification Interval = TV ± (m * se <sub>c</sub> )					
0.84 - 9.72					
Sesgo de la prueba %	-0.27 %	Sesgo de la prueba en unidades	-0.01		

Código:	V2M-EP-15 A3
Vigente desde:	15/03/2021
Versión:	1
Página:	3 de 4


## Nivel 2

### Hemoglobina A1c


#### I. Información general

Sistema de medición	Lote de reactivos	Lote de calibrador	Material utilizado
Variant II Turbo	B1: 64390672 BB: 990283 WS: 64381395	S00346	740 Lymphochek Diabetes Control
ETmp%	Numero de datos N	Sigma R	Sigma WL
5.000	25	0.800	1.000

#### II. Diagrama de flujo SR y SWL



#### III. Gráfica de control



<b>Código:</b>	<b>V2M-EP-15 A3</b>
<b>Vigente desde:</b>	<b>15/03/2021</b>
<b>Versión:</b>	<b>1</b>
<b>Página:</b>	<b>4 de 4</b>

#### IV. Recolección de información

Corrida	Fecha	R1	R2	R3	R4	R5	Promedio	D.E.
C1	2021-05-10 12:28:47	9.950	9.990	10.010	10.030	9.990	9.99	0.03
C2	2021-05-10 12:28:47	10.070	10.030	10.000	9.970	9.930	10	0.05
C3	2021-05-10 12:28:47	9.940	9.920	9.970	9.900	9.970	9.94	0.03
C4	2021-05-10 12:28:47	10.000	9.960	10.020	10.010	10.000	10	0.02
C5	2021-05-10 12:28:47	10.040	9.950	9.890	9.920	10.010	9.96	0.06

**Gran media: 9.98**

**D.E.: 0.05**

#### V. Verificación de la precisión

Fórmula	C1	C2	C3	C4	C5
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0.02	0.02	-0.04	0.02	-0.02
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0	0	0	0	0

<b>SS1</b>	
$n \sum_{i=1}^k (\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0.01

#### Diferencia de las medias al cuadrado

Corrida	R1	R2	R3	R4	R5
C1	0	0	0	0	0
C2	0	0	0	0	0
C3	0	0	0	0	0
C4	0	0	0	0	0
C5	0.01	0	0.01	0	0

<b>SS2</b>	
$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{X}_i - x_j)^2$	0.04

$DF1 = k - 1$	$DF2 = N - k$	$MSI = SSI / DF1$	$MS2 = SS2 / DF2 = V_w$	$n_0$	$V_B = (MSI - MS2) / n_0$
4	20	0	0	5	0

$S_R = \sqrt{V_w}$	<b>0.04</b>	$S_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$	<b>0.05</b>
--------------------	-------------	-----------------------------	-------------

#### VI. Estimación del sesgo

INSERTO				
Media	9.800	D.E.	0.370	U
	0.490	k	1.960	
$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[ s_{WL}^2 - \left( \frac{nRep-1}{nRep} \right) s_{\bar{x}}^2 \right]}$	0.01	$se_{RM} = \frac{U}{k}$	0.25	$se_C = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$
4	780174.15		1.96	
Verification Interval = TV ± ( $m \cdot se_C$ )	9.31 - 10.29			
Sesgo de la prueba %	1.82 %	Sesgo de la prueba en unidades	0.18	

GRUPO PAR				
Media	9.930	D.E.	2.900	Nlab
	75			
$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[ s_{WL}^2 - \left( \frac{nRep-1}{nRep} \right) s_{\bar{x}}^2 \right]}$	0.01	$se_{RM} = \frac{s_{RM}}{\sqrt{nLab}}$	0.33	$se_C = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$
28.12	49		20.09	
$tau = \frac{se_{RM}}{se_{\bar{x}}}$	$df_C$	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$	Verification Interval = TV ± ( $m \cdot se_C$ )	3.2 - 16.66
Sesgo de la prueba %	0.49 %	Sesgo de la prueba en unidades	0.05	