

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo


Nivel 1

T4 libre


I. Información general

Sistema de medición	Lote de reactivos	Lote de calibrador	Material utilizado
Siemens IMMULITE-1000	1000	000	000
ETmp%	Numero de datos N	Sigma _R	Sigma _{WL}
0	25	0.61	0.08

II. Diagrama de flujo S_R y S_{WL}




La declaración de repetibilidad ha sido verificada por el laboratorio



La declaración de imprecisión NO ha sido verificada por el laboratorio

III. Gráfica integrada de control de calidad



V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

IV. Recolección de información

Corrida	Fecha	R1	R2	R3	R4	R5	Promedio	D.E.
C1	2022-09-24 17:56:36	1.34	1.18	1.15	1.08	1.18	0.1	
C2	2022-09-25 17:56:36	1.07	1.24	1.18	1.21	1.19	0.07	
C3	2022-09-26 17:56:36	1.13	0.91	1.15	1.07	1.05	0.1	
C4	2022-09-26 17:56:36	1.26	1.08	1.18	1.16	1.17	0.06	
C5	2022-09-26 17:56:36	1.17	1.12	1.12	1.04	1.12	0.05	
Gran media: 1.14		D.E.: 0.09					C.V.: 7.82	

V. Verificación de la precisión

Fórmula	C1	C2	C3	C4	C5	SS1
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})$	0.04	0.05	-0.09	0.03	-0.03	$n \sum_{i=1}^k (\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0	0	0.01	0	0	0.07
Diferencia de las medias al cuadrado						
Corrida	R1	R2	R3	R4	R5	SS2
C1	0.03	0	0	0.01	0	$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_j} (\bar{X}_i - x_{ij})^2$
C2	0.01	0	0	0	0	0.12
C3	0.01	0.02	0.01	0	0	
C4	0.01	0.01	0	0	0	
C5	0	0	0	0.01	0	
$DF1 = k - 1$	$DF2 = N - k$	$MS1 = SS1 / DF1$	$MS2 = SS2 / DF2 = V_W$	n_0	$V_B = (MS1 - MS2) / n_0$	
4	20	0.02	0.01	5	0	
$s_R = \sqrt{V_W}$	0.08	$s_{WL} = \sqrt{V_W + V_B}$	0.09			

VI. Límite de verificación superior UVL (Upper Verification Limit)

dfR Repetibilidad: 20	Factor UVL R: 1.34	UVL Repetibilidad: 0.82
dfWL Imprecisión intra-laboratorio: 24 (p=0.12)	Factor UVL WL: 1.31	UVL intra-laboratorio: 0.1

VII. Estimación del sesgo

INSERTO							
Media	1.16	D.E.	0.09	U	0.18	k	1.96
$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$		$se_{RM} = \frac{U}{k}$		$se_C = \sqrt{se_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$			
0.03		0.09		0.1			
$df_{\bar{x}} = nRun - 1$		$df_C = df_{\bar{x}} \cdot (se_C / se_{\bar{x}})^4$		$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$			
4		728.04		2.33			
Verification Interval = TV ± (m • se _C)							
0.94 - 1.38							
Sesgo de la prueba %		-1.55 %		Sesgo de la prueba en unidades		-0.02	

GRUPO PAR							
Media	1.17	D.E.	0.1	Nlab	10		
$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$		$se_{RM} = \frac{s_{RM}}{\sqrt{nLab}}$		$se_C = \sqrt{se_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$			
0.03		0.03		0.04			
$tau = \frac{se_{RM}}{se_{\bar{x}}}$		df_C		$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$			
1.22		13		26.5			
Verification Interval = TV ± (m • se _C)							
0.09 - 2.25							
Sesgo de la prueba %		-2.39 %		Sesgo de la prueba en unidades		-0.03	

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

VII. Limite de grubbs

Límite inferior de grubbs: $+ 1.14 - (3.135 + 0.09)$

Límite inferior de grubbs: 0.86

Límite superior de grubbs: $+ 1.14 + (3.135 + 0.09)$

Límite superior de grubbs: 1.42

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo


Nivel 2

T4 libre


I. Información general

Sistema de medición	Lote de reactivos	Lote de calibrador	Material utilizado
Siemens IMMULITE-1000	1000	000	000
ETmp%	Numero de datos N	Sigma _R	Sigma _{WL}
0	25	0.12	0.15

II. Diagrama de flujo S_R y S_{WL}




La declaración de repetibilidad NO ha sido verificada por el laboratorio



La declaración de imprecisión NO ha sido verificada por el laboratorio

III. Gráfica integrada de control de calidad



V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

IV. Recolección de información

Corrida	Fecha	R1	R2	R3	R4	R5	Promedio	D.E.
C1	2022-09-24 17:56:36	2.94	3.15	3.1	3.03	3.03	0.1	
C2	2022-09-25 17:56:36	3.22	2.9	2.94	2.87	2.97	0.14	
C3	2022-09-26 17:56:36	2.83	2.51	2.64	2.55	2.59	0.15	
C4	2022-09-26 17:56:36	2.7	2.63	2.82	2.68	2.69	0.08	
C5	2022-09-26 17:56:36	2.94	2.87	2.78	2.63	2.75	0.18	
Gran media: 2.8		D.E.: 0.21			C.V.: 7.44			

V. Verificación de la precisión

Fórmula	C1	C2	C3	C4	C5
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})$	0.22	0.16	-0.21	-0.11	-0.06
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0.05	0.03	0.04	0.01	0

SS1	
$n \sum_{i=1}^k (\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0.68

Diferencia de las medias al cuadrado

Corrida	R1	R2	R3	R4	R5
C1	0.01	0.01	0.01	0	0.01
C2	0.06	0	0	0.01	0
C3	0.06	0.01	0	0	0.02
C4	0	0	0.02	0	0
C5	0.04	0.02	0	0.01	0.06

SS2	
$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_j} (\bar{X}_i - x_{ij})^2$	0.36

$DF1 = k - 1$	$DF2 = N - k$	$MS1 = SS1 / DF1$	$MS2 = SS2 / DF2 = V_W$	n_0	$V_B = (MS1 - MS2) / n_0$
4	20	0.17	0.02	5	0.03

$s_R = \sqrt{V_W}$	0.13	$s_{WL} = \sqrt{V_W + V_B}$	0.22
--------------------	------	-----------------------------	------

VI. Límite de verificación superior UVL (Upper Verification Limit)

dfR Repetibilidad: 20
dfWL Imprecisión intra-laboratorio: 14 (p=1.25)

Factor UVL R: 1.34
Factor UVL WL: 1.4

UVL Repetibilidad: 0.16
UVL intra-laboratorio: 0.21

VII. Estimación del sesgo

INSERTO

Media 2.85 D.E. 0.23 U 0.46 k 1.96

$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$	$se_{RM} = \frac{U}{k}$	$se_C = \sqrt{se_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$
0.08	0.23	0.25
$df_{\bar{x}} = nRun - 1$	$df_C = df_{\bar{x}} \cdot (se_C / se_{\bar{x}})^4$	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$
4	327.49	2.33

Verification Interval = TV \pm (m * se_C) 2.27 - 3.43

Sesgo de la prueba % -1.59 % Sesgo de la prueba en unidades -0.05

GRUPO PAR

Media 2.85 D.E. 0.22 Nlab 10

$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$	$se_{RM} = \frac{s_{RM}}{\sqrt{nLab}}$	$se_C = \sqrt{se_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$
0.08	0.07	0.11
$tau = \frac{se_{RM}}{se_{\bar{x}}}$	df_C	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$
0.84	10	27.64

Verification Interval = TV \pm (m * se_C) -0.14 - 5.84

Sesgo de la prueba % -1.59 % Sesgo de la prueba en unidades -0.05

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

VII. Limite de grubbs

Límite inferior de grubbs: $+ 2.8 - (3.135 + 0.21)$

Límite inferior de grubbs: 2.15

Límite superior de grubbs: $+ 2.8 + (3.135 + 0.21)$

Límite superior de grubbs: 3.46


Nivel 3

T4 libre


I. Información general

Sistema de medición	Lote de reactivos	Lote de calibrador	Material utilizado
Siemens IMMULITE-1000	1000	000	000
ETmp%	Numero de datos N	Sigma _R	Sigma _{WL}
0	25	0.19	0.24

II. Diagrama de flujo S_R y S_{WL}




La declaración de repetibilidad NO ha sido verificada por el laboratorio



La declaración de imprecisión NO ha sido verificada por el laboratorio

III. Gráfica integrada de control de calidad



V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

IV. Recolección de información

Corrida	Fecha	R1	R2	R3	R4	R5	Promedio	D.E.
C1	2022-09-24 17:56:36	4.59	4.98	4.88	4.69	4.76	0.17	
C2	2022-09-25 17:56:36	4.67	4.63	4.6	4.93	4.86	0.36	
C3	2022-09-26 17:56:36	4.48	4.63	4.38	4.58	4.51	0.1	
C4	2022-09-26 17:56:36	4.36	4.47	4.27	4.22	4.37	0.12	
C5	2022-09-26 17:56:36	4.42	4.05	5.06	4.29	4.42	0.38	
Gran media: 4.58		D.E.: 0.3			C.V.: 6.64			

V. Verificación de la precisión

Fórmula	C1	C2	C3	C4	C5
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})$	0.17	0.27	-0.07	-0.22	-0.16
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0.03	0.08	0.01	0.05	0.03

$$n \sum_{i=1}^k (\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$$

0.91

Diferencia de las medias al cuadrado					
Corrida	R1	R2	R3	R4	R5
C1	0.03	0.05	0.02	0	0.01
C2	0.04	0.05	0.07	0.01	0.36
C3	0	0.01	0.02	0	0
C4	0	0.01	0.01	0.02	0.02
C5	0	0.14	0.4	0.02	0.02

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_j} (\bar{X}_i - x_{ij})^2$$

1.31

$DF1 = k - 1$	$DF2 = N - k$	$MS1 = SS1 / DF1$	$MS2 = SS2 / DF2 = V_w$	n_0	$V_B = (MS1 - MS2) / n_0$
4	20	0.23	0.07	5	0.03

$s_R = \sqrt{V_w}$	0.26	$s_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$	0.31
--------------------	------	-----------------------------	------

VI. Límite de verificación superior UVL (Upper Verification Limit)

dfR Repetibilidad: 20
dfWL Imprecisión intra-laboratorio: 14 (p=1.26)

Factor UVL R: 1.34
Factor UVL WL: 1.4

UVL Repetibilidad: 0.25
UVL intra-laboratorio: 0.34

VII. Estimación del sesgo

INSERTO

Media 4.37 D.E. 0.36 U 0.72 k 1.96

$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$ 0.1	$se_{RM} = \frac{U}{k}$ 0.37	$se_C = \sqrt{se_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$ 0.38
$df_{\bar{x}} = nRun - 1$ 4	$df_C = df_{\bar{x}} \cdot (se_C / se_{\bar{x}})^4$ 992.35	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$ 2.33

Verification Interval = $TV \pm (m \cdot se_C)$ 3.49 - 5.25

Sesgo de la prueba % 4.88 % Sesgo de la prueba en unidades 0.21

GRUPO PAR

Media 4.39 D.E. 0.38 Nlab 9

$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$ 0.1	$se_{RM} = \frac{s_{RM}}{\sqrt{nLab}}$ 0.13	$se_C = \sqrt{se_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$ 0.16
$tau = \frac{se_{RM}}{se_{\bar{x}}}$ 1.32	df_C 13	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$ 26.5

Verification Interval = $TV \pm (m \cdot se_C)$ 0.18 - 8.6

Sesgo de la prueba % 4.4 % Sesgo de la prueba en unidades 0.19

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

VII. Limite de grubbs

Límite inferior de grubbs: $+ 4.58 - (3.135 + 0.3)$

Límite inferior de grubbs: 3.63

Límite superior de grubbs: $+ 4.58 + (3.135 + 0.3)$

Límite superior de grubbs: 5.54