

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

Nivel 1

Tiempo de protombina PT

I. Información general

Sistema de medición	Lote de reactivos	Lote de calibrador	Material utilizado
Sysmex CA-600	23456	6789	Liq coagulation
ETmp%	Numero de datos N	Σ_R	Σ_{WL}
0	25	0.03	0.09

II. Diagrama de flujo Σ_R y Σ_{WL}

1.a.

$$SS2 = SS_{total} - SS1 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{x}_i - x_{ij})^2$$

0.68 - 0.124

1.b

$$DF2 = N - K$$

N=número de resultados
K=número de corridas

25 - 5

2.

$$MS2 = \frac{SS2}{DF2}$$

0.556 ÷ 20

3.

$$V_w = MS2$$

0.028

4.

$$\Sigma_R = \sqrt{V_w}$$

(0.028)^{(1/2)}

5.

$$\Sigma_R$$

0.17

Comparación

$$\sigma_R$$

0.03

1.a.

$$SS1 = n * \sum (\bar{x}_i - \bar{\bar{x}})^2$$

5 × 0.025

1.b.

$$DF1 = K - 1$$

K= número de corridas

5 - 1

2.

$$MS1 = \frac{SS1}{DF1}$$

0.124 ÷ 4

3.

$$V_B = (MS1 + MS2) / n_0$$

0.001

4.

$$\Sigma_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$$

(0.028 + 0.001)^{(1/2)}

5.

$$\Sigma_{WL}$$

0.17

Comparación


$$\delta_{WL}$$

0.09

La declaración de repetibilidad NO ha sido verificada por el laboratorio

La declaración de imprecisión NO ha sido verificada por el laboratorio

III. Gráfica integrada de control de calidad



V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

IV. Recolección de información

Corrida	Fecha	R1	R2	R3	R4	R5	Promedio	D.E.
C1	2022-10-04 10:29:43	10.5	10.6	10.4	10.1	10.38	0.19	
C2	2022-10-05 10:29:43	10.4	10.5	10.6	10.1	10.36	0.21	
C3	2022-10-06 10:29:43	10.2	10.1	10.4	10.6	10.36	0.21	
C4	2022-10-07 10:29:43	10.5	10.6	10.4	10.6	10.54	0.09	
C5	2022-10-08 10:29:43	10.4	10.4	10.5	10.6	10.46	0.09	
Gran media: 10.42			D.E.: 0.17			C.V.: 1.62		

V. Verificación de la precisión

Fórmula	C1	C2	C3	C4	C5	SS1
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	-0.04	-0.06	-0.06	0.12	0.04	$\sum_{i=1}^k (\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0	0	0	0.01	0	0.12

Diferencia de las medias al cuadrado

Corrida	R1	R2	R3	R4	R5
C1	0.01	0.05	0	0.08	0.01
C2	0	0.02	0.06	0.07	0.03
C3	0.03	0.07	0	0.06	0.02
C4	0	0	0.02	0	0
C5	0	0	0	0.02	0

SS2
$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{X}_i - x_j)^2$

$DF1 = k - 1$	$DF2 = N - k$	$MSI = SSI / DF1$	$MS2 = SS2 / DF2 = V_w$	n_0	$V_B = (MSI - MS2) / n_0$
4	20	0.03	0.03	5	0

$s_R = \sqrt{V_w}$	0.17	$s_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$	0.17
--------------------	------	-----------------------------	------

VI. Límite de verificación superior UVL (Upper Verification Limit)

dfR Repetibilidad: 20

dfWL Imprecisión intra-laboratorio: 5 ($p=3$)

Factor UVL R: 1.34

Factor UVL WL: 1.66

UVL Repetibilidad: 0.04

UVL intra-laboratorio: 0.15

VII. Estimación del sesgo

INSERTO					GRUPO PAR				
Media	10.6	D.E.	1.1	U	2.2	k	1.96	Media	10.5
$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$	0.04	$se_{RM} = \frac{U}{k}$	1.12	$se_C = \sqrt{se_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$	1.12	$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$	0.04	D.E.	0.5
$df_{\bar{x}} = nRun - 1$	4	$df_C = df_{\bar{x}} \cdot (se_C / se_{\bar{x}})^4$	4137495.3	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$	2.33	$se_{RM} = \frac{s_{RM}}{\sqrt{nLab}}$	0.06	Nlab	62
Verification Interval = $TV \pm (m * se_C)$					Verification Interval = $TV \pm (m * se_C)$				
Sesgo de la prueba %					Sesgo de la prueba %				
-1.7 %					-0.76 %				
Sesgo de la prueba en unidades					Sesgo de la prueba en unidades				
-0.18					-0.08				

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

VII. Límite de grubbs

Límite inferior de grubbs: $+ 10.42 - (3.135 + 0.17)$

Límite inferior de grubbs: 9.89

Límite superior de grubbs: $+ 10.42 + (3.135 + 0.17)$

Límite superior de grubbs: 10.95

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

Nivel 2

Tiempo de protombina PT

I. Información general

Sistema de medición	Lote de reactivos	Lote de calibrador	Material utilizado
Sysmex CA-600	23456	6789	Liq coagulation
ETmp%	Número de datos N	Σ_R	Σ_{WL}
0	25	0.03	0.09

II. Diagrama de flujo Σ_R y Σ_{WL}

1.a.

$$SS2 = SS_{total} - SS1 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{x}_i - x_{ij})^2$$

0.41 - 0.01

1.b

$$DF2 = N - K$$

N = número de resultados
K = número de corridas

25 - 5

2.

$$MS2 = \frac{SS2}{DF2}$$

0.4 ÷ 20

3.

$$V_w = MS2$$

0.02

4.

$$\Sigma_R = \sqrt{V_w}$$

(0.02)^{(1/2)}

5.

$$\Sigma_R$$

0.14

Comparación

$$\sigma_R$$

0.03

1.a.

$$SS1 = n * \sum (\bar{x}_i - \bar{\bar{x}})^2$$

5 × 0.002

$$DF1 = K - 1$$

K = número de corridas

5 - 1

2.

$$MS1 = \frac{SS1}{DF1}$$

0.01 ÷ 4

3.

$$V_B = (MS1 + MS2) / n_0$$

-0.004

4.

$$\Sigma_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$$

(0.02 + -0.004)^{(1/2)}

5.

$$\Sigma_{WL}$$

0.13

Comparación


$$\delta_{WL}$$

0.09

La declaración de repetibilidad NO ha sido verificada por el laboratorio

La declaración de imprecisión NO ha sido verificada por el laboratorio

III. Gráfica integrada de control de calidad



V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

IV. Recolección de información

Corrida	Fecha	R1	R2	R3	R4	R5	Promedio	D.E.
C1	2022-10-04 10:29:43	10.5	10.4	10.4	11	10.54	0.26	
C2	2022-10-05 10:29:43	10.5	10.6	10.4	10.4	10.5	0.1	
C3	2022-10-06 10:29:43	10.6	10.5	10.4	10.6	10.5	0.1	
C4	2022-10-07 10:29:43	10.5	10.4	10.5	10.6	10.48	0.08	
C5	2022-10-08 10:29:43	10.4	10.5	10.5	10.5	10.5	0.07	
Gran media: 10.5			D.E.: 0.13			C.V.: 1.24		

V. Verificación de la precisión

Fórmula	C1	C2	C3	C4	C5	SS1
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0.04	-0	-0	-0.02	-0	$\sum_{i=1}^k (\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0	0	0	0	0	0.01

Diferencia de las medias al cuadrado

Corrida	R1	R2	R3	R4	R5
C1	0	0.02	0.02	0.21	0.02
C2	0	0.01	0.01	0.01	0.01
C3	0.01	0	0.01	0.01	0.01
C4	0	0.01	0	0.01	0.01
C5	0.01	0	0	0	0.01

SS2
$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{X}_i - x_j)^2$

$DF1 = k - 1$	$DF2 = N - k$	$MSI = SSI / DF1$	$MS2 = SS2 / DF2 = V_w$	n_0	$V_B = (MSI - MS2) / n_0$
4	20	0	0.02	5	-0

$s_R = \sqrt{V_w}$	0.14	$s_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$	0.13
--------------------	-------------	-----------------------------	-------------

VI. Límite de verificación superior UVL (Upper Verification Limit)

dfR Repetibilidad: 20

dfWL Imprecisión intra-laboratorio: 5 ($p=3$)

Factor UVL R: 1.34

Factor UVL WL: 1.66

UVL Repetibilidad: 0.04

UVL intra-laboratorio: 0.15

VII. Estimación del sesgo

INSERTO		GRUPO PAR					
Media 10.6 D.E. 1.1 U 2.2 k 1.96		Media 10.5 D.E. 0.5 Nlab 62					
$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$	0.01	$se_{RM} = \frac{U}{k}$	1.12	$se_C = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$	1.12		
$df_{\bar{x}} = nRun - 1$	4	$df_C = df_{\bar{x}} \cdot (se_C / se_{\bar{x}})^4$	689049059.83	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$	2.33		
Verification Interval = $TV \pm (m * se_C)$				Verification Interval = $TV \pm (m * se_C)$			
Sesgo de la prueba % -0.91 %		Sesgo de la prueba % 0.04 %					
Sesgo de la prueba en unidades -0.1		Sesgo de la prueba en unidades 0					

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

VII. Límite de grubbs

Límite inferior de grubbs: $+ 10.5 - (3.135 + 0.13)$

Límite inferior de grubbs: 10.09

Límite superior de grubbs: $+ 10.5 + (3.135 + 0.13)$

Límite superior de grubbs: 10.91

Nivel 3

Tiempo de protombina PT

I. Información general

Sistema de medición	Lote de reactivos	Lote de calibrador	Material utilizado
Sysmex CA-600	23456	6789	Liq coagulation
ETmp%	Numero de datos N	Σ_R	Σ_{WL}
0	25	0.03	0.09

II. Diagrama de flujo Σ_R y Σ_{WL}

1.a.

$$SS2 = SS_{total} - SS1 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{x}_i - x_{ij})^2$$

0.094 - 0.002

1.b

$$DF2 = N - K$$

N=número de resultados
K=número de corridas

25 - 5

2.

$$MS2 = \frac{SS2}{DF2}$$

0.092 ÷ 20

3.

$$V_w = MS2$$

0.005

4.

$$\Sigma_R = \sqrt{V_w}$$

(0.005)^(1÷2)

5.

$$\Sigma_R$$

0.07

Comparación

$$\sigma_R$$

0.03

1.a.

$$SS1 = n * \sum (\bar{x}_i - \bar{\bar{x}})^2$$

5 x 0

$$DF1 = K - 1$$

K= número de corridas

5 - 1

2.

$$MS1 = \frac{SS1}{DF1}$$

0.002 ÷ 4

3.

$$V_B = (MS1 + MS2)/n_0$$

-0.001

4.

$$\Sigma_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$$

(0.005 + -0.001)^(1÷2)

5.

$$\Sigma_{WL}$$

0.06

Comparación


$$\delta_{WL}$$

0.09

La declaración de repetibilidad NO ha sido verificada por el laboratorio

La declaración de imprecisión ha sido verificada por el laboratorio

III. Gráfica integrada de control de calidad



V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

IV. Recolección de información

Corrida	Fecha	R1	R2	R3	R4	R5	Promedio	D.E.
C1	2022-10-04 10:29:43	10.5	10.4	10.5	10.5	10.46	0.05	
C2	2022-10-05 10:29:43	10.4	10.5	10.5	10.5	10.46	0.05	
C3	2022-10-06 10:29:43	10.4	10.5	10.6	10.5	10.48	0.08	
C4	2022-10-07 10:29:43	10.4	10.4	10.5	10.5	10.48	0.08	
C5	2022-10-08 10:29:43	10.5	10.4	10.5	10.4	10.46	0.05	
Gran media: 10.47			D.E.: 0.06			C.V.: 0.6		

V. Verificación de la precisión

Fórmula	C1	C2	C3	C4	C5	SS1
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	-0.01	-0.01	0.01	0.01	-0.01	$\sum_{i=1}^k (\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$
$(\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2$	0	0	0	0	0	0

Diferencia de las medias al cuadrado

Corrida	R1	R2	R3	R4	R5
C1	0	0	0	0	0
C2	0	0	0	0	0
C3	0.01	0	0.01	0	0.01
C4	0.01	0.01	0	0	0.01
C5	0	0	0	0	0

SS2
$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{X}_i - x_j)^2$

$DF1 = k - 1$	$DF2 = N - k$	$MSI = SSI / DF1$	$MS2 = SS2 / DF2 = V_w$	n_0	$V_B = (MSI - MS2) / n_0$
4	20	0	0	5	-0

$s_R = \sqrt{V_w}$	0.07	$s_{WL} = \sqrt{V_w + V_B}$	0.06
--------------------	-------------	-----------------------------	-------------

VI. Límite de verificación superior UVL (Upper Verification Limit)

dfR Repetibilidad: 20
dfWL Imprecisión intra-laboratorio: 5 ($p=3$)

Factor UVL R: 1.34
Factor UVL WL: 1.66

UVL Repetibilidad: 0.04
UVL intra-laboratorio: 0.15

VII. Estimación del sesgo

INSERTO					GRUPO PAR				
Media	10.6	D.E.	1.1	U	2.2	k	1.96	Nlab	62
$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$	0	$se_{RM} = \frac{U}{k}$	1.12	$se_C = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + se_{RM}^2}$	1.12	$se_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{nRun} \left[s_{WL}^2 - \left(\frac{nRep-1}{nRep} \right) s_R^2 \right]}$	0	$se_{RM} = \frac{s_{RM}}{\sqrt{nLab}}$	0.06
$df_{\bar{x}} = nRun - 1$	4	$df_C = df_{\bar{x}} \cdot (se_C / se_{\bar{x}})^4$	11023525005.6	$m = t_{1-\alpha/2, nSam, v}$	2.33	$tau = \frac{se_{RM}}{se_{\bar{x}}}$	12.96	df_C	49
Verification Interval = $TV \pm (m * se_C)$					Verification Interval = $TV \pm (m * se_C)$				
Sesgo de la prueba %					Sesgo de la prueba %				
-1.25 %					-0.3 %				
Sesgo de la prueba en unidades					Sesgo de la prueba en unidades				
-0.13					-0.03				

V2M. V.1.0.
Verificación de la precisión y estimación del sesgo

VII. Límite de grubbs

Límite inferior de grubbs: $+ 10.47 - (3.135 + 0.06)$

Límite inferior de grubbs: 10.27

Límite superior de grubbs: $+ 10.47 + (3.135 + 0.06)$

Límite superior de grubbs: 10.66